

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa sterylizacji i dezynfekcji oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko Poparzeń: Podczas użytkowania urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji, szczególnie tych wykorzystujących wysoką temperaturę (autoklawy, sterylizatory parowe), istnieje ryzyko poparzeń. Otwieraj urządzenia ostrożnie i poczekaj, aż ostygną przed wyjęciem sterylizowanych przedmiotów.
2. Ryzyko Ekspozycji na Substancje Chemiczne: Stosując chemiczne środki dezynfekcyjne, istnieje ryzyko wdychania oparów lub kontaktu ze skórą, co może prowadzić do podrażnień lub reakcji alergicznych. Zapewnij odpowiednią wentylację i stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawice, maski).
3. Ryzyko Poranienia Oстрыmi Narzędziami: Podczas czyszczenia i konserwacji urządzeń dezynfekcyjnych (np. myjek ultradźwiękowych), istnieje ryzyko poranienia ostrymi narzędziami. Zachowaj ostrożność i używaj odpowiednich narzędzi ochronnych.
4. Ryzyko Pożaru: Niektóre środki dezynfekcyjne są łatwopalne. Przechowuj je z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Upewnij się, że urządzenia do sterylizacji są prawidłowo uziemione i regularnie sprawdzane pod kątem usterek elektrycznych.
5. Ryzyko Skażenia Biologicznego: Nieprawidłowe działanie lub niewłaściwa obsługa urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji może prowadzić do niedostatecznej eliminacji patogenów. Regularnie sprawdzaj skuteczność urządzeń i przestrzegaj zaleceń producenta.
6. Ryzyko Uszkodzenia Urządzenia: Używanie nieodpowiednich środków czyszczących lub konserwujących może uszkodzić urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji. Stosuj się do instrukcji producenta dotyczących konserwacji i czyszczenia.
7. Ryzyko Awarii: Nieprawidłowe użytkowanie lub brak regularnej konserwacji może prowadzić do awarii urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji. Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzeń i przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących konserwacji.
8. Ryzyko Urazów Kręgosłupa: Przenoszenie ciężkich urządzeń lub zbiorników z płynami dezynfekcyjnymi może prowadzić do urazów kręgosłupa. Używaj wózków transportowych i przestrzegaj zasad ergonomii podczas podnoszenia i przenoszenia ciężarów.
9. Ryzyko wybuchu: Niektóre sterylizatory wykorzystują gazy lub ciecze pod ciśnieniem, które mogą być potencjalnie wybuchowe, jeśli nie są właściwie obsługiwane lub konserwowane. Należy zapewnić regularne przeglądy techniczne.
10. Ryzyko niekompatybilności: Użycie niektórych materiałów lub opakowań w sterylizatorach może prowadzić do reakcji chemicznych lub fizycznych, uszkadzając sprzęt lub sterylizowane przedmioty.